Clipamed©

www.clipamed.fr

Ultimate Trocart

avec "bouclier" protecteur Sécurit

(CB3560ULT/CB3561ULT/CB3562ULT/CB3563ULT/CB3564ULT/CB3565ULT/CB3566ULT/
CB3567ULT/CB3568ULT/CB3569ULT/CB3575ULT CB3576ULT/ CB3577ULT)
(PS3560ULT/PS3561ULT/PS3562ULT/PS3563ULT/PS3564ULT/PS3565ULT/PS3566ULT/
PS3567ULT/PS3568ULT/PS3569ULT/PS3575ULT/PS3576ULT/PS3577ULT)

purple surgical
Cory Bros

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr

Ultimate Trocart avec capuchon protecteur automatique

(CB3560ULT/CB3561ULT/CB3562ULT/CB3563ULT/CB3564ULT/CB3565ULT/CB3566ULT/CB3567ULT/CB3568ULT/
CB3569ULT/CB3575ULT CB3576ULT/ CB3577ULT)
(PS3560ULT/PS3561ULT/PS3562ULT/PS3563ULT/PS3564ULT/PS3565ULT/PS3566ULT/PS3567ULT/PS3568ULT/
PS3569ULT/PS3575ULT/PS3576ULT/PS3577ULT)

FR MODE D'EMPLOI

Lire les informations suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Indications :
Le Ultimate trocart avec capuchon protecteur automatique Purple Surgical / Cory Bros est utilisé dans des procédures chirurgicales très peu invasives afin d'établir une voie d'entrée pour les instruments d'endoscopie. Le trocart peut être utilisé pour les insertions primaires et secondaires.

Contre-indications :
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les cas où les techniques endoscopiques sont contre-indiquées.

Description de l'appareil :
Le système de Ultimate trocart avec capuchon protecteur automatique Purple Surgical / Cory Bros peut être utilisé dans un certain nombre de procédures endoscopiques afin de fournir un port d'entrée pour les instruments endoscopiques. Le dispositif du trocart avec capuchon protecteur automatique est disponible en trois (3) calibres : 5 mm, 10 mm et 12 mm. Cet appareil présente une pointe coupante protégée par un capuchon interne, conçu pour recouvrir la lame coupante une fois la cavité corporelle pénétrée. L'ensemble de la canule est équipé d'un bouchon d'étanchéité à deux niveaux et d'un robinet de gaz.

Mode d'emploi :

- Lors de l'emballage, l'arrêt du trocart est en position ouverte. Fermez le robinet de gaz après avoir déballé l'appareil. Assemblez l'obturateur et la canule. Incisez la peau à l'emplacement choisi de façon à positionner le trocart.
- Appuyez sur le bouton du capuchon automatique pour l'activer (et permettre l'exposition de la lame). Tenez le trocart dans la paume de la main et appliquez une pression continue vers le bas dans l'incision. Une fois le trocart en place, la lame coupante sera protégée par l'activation automatique du mécanisme protecteur. Le bouton sera en position désactivée (lame non exposée).
- Une fois l'instrument dans la position souhaitée, retirez l'obturateur tout en laissant la canule en place.
- Si une insufflation est nécessaire, raccordez la tubulure d'insufflation au robinet de gaz de l'ensemble de la canule, puis ouvrez ce robinet. Il est facile de mettre en place et de retirer les instruments de taille appropriée à l'aide de la canule.

Précautions / Avertissements :

- Cet appareil est destiné à un usage unique et ne doit en aucun cas être réutilisé ou restérilisé. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Les procédures endoscopiques doivent être effectuées uniquement par des médecins disposant d'une formation et d'une connaissance adéquates de ces procédures. Il convient en outre de consulter les publications médicales en ce qui concerne les techniques, les risques, les contre-indications et les complications avant de réaliser ces procédures.
- Avant d'utiliser simultanément plusieurs instruments et accessoires endoscopiques de marques différentes au cours d'une intervention, vérifiez leur compatibilité.
- Ne tentez pas d'utiliser le trocart si le capuchon protecteur ne se déplace pas (lorsque le bouton du capuchon protecteur automatique est en position activée) lorsque vous l'insérez dans la cavité.
- La pointe du trocart sera exposée avant l'engagement du mécanisme protecteur ; il convient de respecter les mesures de précaution habituelles utilisées lors de toutes les insertions de trocarts.
- Évitez de réarmer les trocarts par inadvertance pour une pénétration supplémentaire une fois l'entrée effectuée et alors que le trocart se trouve toujours dans la cavité corporelle.
- Inspectez le site pour vérifier l'hémostase après le retrait de l'ensemble de trocart de la cavité.
- L'utilisation d'instruments endoscopiques d'un calibre inférieur à celui de la canule, sans le convertisseur approprié, risque de causer une désufflation de la cavité.
- Lorsque vous utilisez des instruments reconditionnés avec votre système de trocart, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications du fabricant d'origine.

Mesures de précaution concernant une utilisation unique :

Ce(s) produit(s) est (sont) fabriqué(s) et vendu(s) pour une utilisation unique. Il est interdit de retraiter et de stériliser à nouveau ce produit. Les effets de tout retraitement et de toute nouvelle stérilisation non autorisés peut entraîner les complications suivantes :

1. Contamination croisée en raison d'un retraitement / d'une nouvelle stérilisation inefficace.
2. Fatigue mécanique et défauts associés en raison des effets du processus de retraitement / nouvelle stérilisation.

Après utilisation unique, le produit doit être recyclé immédiatement en tant que déchet médical contrôlé

Fourniture
Le Ultimate trocart à capuchon protecteur automatique Purple Surgical / Cory Bros est fourni à l'état stérile pour une utilisation sur un seul patient. Mettre au rebut après utilisation.

DOC 26 / FEB 10 / ISSUE 4

purple surgical Cory Bros

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr